



E.O. Ospedali Galliera di Genova

(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE PER ENDOSCOPIA UROLOGICA

Lotto n° 1

CATETERE VESCICALE CON PALLONCINO POST OPERATORIO

A tre vie a due fori opposti e sfalsati con rivestimento idrofilico (resezione transuretrale della vescica o prostata).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- .Canale d'irrigazione ampio per ottimizzare l'eliminazione di coaguli e frammenti di tessuto.
- .Materiale idi grado medicale.
- .Il corpo trasparente per un controllo sulla qualità delle urine.
- .Lunghezza cm. 40 circa
- .Estremità distale: dritta a becco di flauto Couvelaire per vescica, curva tipo Dufour per prostata.
- .Estremità distale: curvatipo Dufour per prostata.
- .Estremità prossimale provvista di connettore flessibile, valvola monoblocco e anello con codice colore.
- .Valvola luer compatibile con siringa luer lock
- .Palloncino ml. 30-50
- Privo di lattice , misure 18-24 ch.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prezzo: 50

Qualità:50

Così valutata:

Tipo di materiale 10

Modalità di cateterizzazione (semplicità e funzionalità, inserimento, gonfiaggio, sgonfiaggio del palloncino) 15

Atraumaticità e tollerabilità 10

Tempo medio/massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi 15

Lotto n° 2**DILATATORI URETERALI**

Presidio di accesso usato quando è necessario dilatare l'ostio o l'uretere in alcuni punti stenotici. Vari dilatatori in sequenza progressiva consentono una dilatazione graduale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

. Materiale idrofilico

. Misure Fr. 6- 8- 10- 12

. Lunghezza almeno 60

. Radiopaco

. Guida in acciaio di diametro 0,038 lunghezza della guida 150 cm circa.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prezzo: 50

Qualità: 50

Così valutata:

Tipo di materiale 10

Numero calibri 10

Completezza del set 10

Atraumaticità e scorrevolezza 20

Lotto n° 3

DISPOSITIVO PER IL RECUPERO DEI CALCOLI

Prevenire la migrazione dei calcoli durante la litotrissia intracorporea e retrazione dei frammenti post litotrissia con spirale in nitinol.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- . Cono in nitinol
- . Diametro del catetere Fr. 3.0
- . Dispositivo spirale mm. 7- 10
- . Flessibile
- . Impugnatura rimovibile

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prezzo: 50

Qualità: 50

Così valutata:

Impugnatura rimovibile 15

Tipo di materiale 10

Atraumaticità della punta 15

Scorrevolezza 10

Lotto n° 4

KIT PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA ACCESSO PERCUTANEO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- . Sonde di drenaggio tipo Pigtail .
 - . Ampio lume interno
 - . Fori multipli posizionati sul Pigtail terminale.
 - . Raccordo per rubinetto nella parte prossimale.
 - . Materiale poliuretano
 - . Radiopaco
 - . Misure Fr. 8 - Fr. 10
 - . Lunghezza cm. 30
- . Ago di ciba
 - . Ago e mandrino radiopaco- ecogenico

- . Materiale acciaio inox
- . Misure 20 GA
- . Lunghezza cm. 20
- . Guida: permette di posizionare il catetere guida e mantenere il tramite tra il rene e l'esterno.
 - . Materiale acciaio inox ricoperto PTFE
 - . Radiopaca
 - . Misure 038", lunghezza almeno 80 cm, punta a J .
- . Ago canulato: consente di accedere al rene effettuando una pre - dilatazione
 - . Radiopaco- ecogenico
 - . Rastremato
 - . Materiale in PTFE
 - . Misure 18 GA circa, cm. 20
- . Dilatatori Fasciali: consentono l'allargamento graduale del tramite, per un'introduzione atraumatica del catetere.
 - . Materiale medicale
 - . Radiopaco
 - . Misure Fr. 6- 8- 10- 12
- . Linea di connessione: mantiene costante il flusso d'urina nella sacca di drenaggio.
 - . con Rubinetto
 - . con Raccordo luer lock
 - . Raccordo conico per tappo sacca raccolta

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prezzo: 50

Qualità: 50

Così valutata:

Tempo medio/massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi: 15

Numero calibri 10

Completezza del set 15

Tipo di materiale 10

Lotto n° 5

STENT URETERALE A DOPPIA J

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Stent

. Rivestimento in eparina

. Lunghezza cm 24 a cm. 28 con incrementi di 2

Calibro Fr. 5-6-7

Radiopaco

Marker di posizionamento sul Pigtail prossimale
Autostatico
Filo-Guida
Materiale in teflon
Lunghezza cm 150
Calibro 035''-038''
Radiopaca
Ogni set deve essere fornito di un posizionatore

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prezzo: 50

Qualità:50

Così valutata:

Migliore conformazione dell'estremità renale 10

Completezza del set 10

Elasticità e morbidezza 10

Numero di calibri 10

Scorrevolezza della guida 10

Lotto n° 6

DISPOSITIVO PER RECUPERO DEI CALCOLI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Cestello a 4 fili piatti punte atraumatica
Diametro esterno guaina Fr 3,0
Diametro esterno cestello mm.20-25
Lunghezza cm 90-115
Impugnatura in plastica rimovibile

CRITERI DI VALUTAZIONE:

IDONEITA' / PREZZO

Lotto n° 7

CATETERE URETRALE PUNTA TIEMANN

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Catetere uretrale per cateterismo intermittente con due fori smussati. Materiale in pvc medicale. Connettore in pvc medical grade con codice colore al fine di facilitarne l'identificazione. Sterile monouso. diverse misure (ch 12-14-16-18-20)

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prezzo: 50

Qualità: 50

Così valutata:

Caratteristiche della punta 15

Tipo di materiale 10

Flessibilità e morbidezza 15

Atraumaticità 10

DOCUMENTAZIONE:

Sono da allegare:

- 1) Schede tecniche prodotti offerti.
- 2) Copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato.

CONFEZIONAMENTO

I dispositivi dovranno essere in confezioni singole, sterili.

VALIDITÀ:

I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

CAMPIONATURA

La Ditta dovrà far pervenire obbligatoriamente **1** confezione originale per ogni tipologia di prodotto pena l'esclusione della Ditta stessa.

RIEPILOGO PRODOTTI IN GARA E QUANTITATIVI

<i>LOTTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>QUANTITA'</i>
1	CATETERE VESCICALE CON PALLONCINO POST-OPERATORIO	550
2	DILATATORI URETERALI	40
3	DISPOSITIVO PER IL RECUPERO DEI CALCOLI	7
4	KIT NEFROSTOMIA PERCUTANEA ACCESSO PERCUTANEO	65
5	STENT URETERALE A DOPPIA J	200
6	DISPOSITIVO RECUPERO CALCOLI	20
7	CATETERE URETRALE PUNTA TIEMANN	300

F.to IL DIRETTORE
DELLA S.C.FARMACIA
(Dott.ssa Carla Fraguglia)