

E.O. Ospedali Galliera di Genova

(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale per allattamento monouso

LOTTO UNICO (Non frazionabile) costituito da

LOTTO 1 a)

BIBERON MONOUSO

**QUANTITÀ ANNUALE: 50 ml:12.000 pz
100- 130ml:5.000 pz**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Biberon monouso, adattabile al tiralatte elettrico. Latex-free

LOTTO 1b)

SET ADATTABILE AL BIBERON MONOUSO

QUANTITÀ ANNUALE: 1.500 pezzi

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Set adattabile al biberon monouso da utilizzare con il tiralatte elettrico. A riguardo la ditta dovrà fornire in sconto merce n.4 tiralatte elettrici di facile utilizzo.

LOTTO 1c)

TETTARELLE MONOUSO

QUANTITÀ ANNUALE:1/3 fori: 12.500 pz

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tettarella monouso da adattare al biberon monouso ad 1 e 3 fori. Latex-free

Il sistema dovrà essere compatibile con i tiralatte elettrici fornito in sconto merce.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CAMPIONATURA:

- dichiarazione di conformità secondo la direttiva 93/42 CEE;;
- scheda tecnica dei prodotti offerti;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi.

CONFEZIONAMENTO: confezione singola.

CAMPIONATURA: N.3 prodotti per ogni lotto ed un tiralatte elettrico in visione.

VALIDITÀ: i prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Idoneità /Prezzo

IL DIRETTORE S.C. FARMACIA
F.to(Dott.ssa Carla Fraguglia)