



# *E.O. Ospedali Galliera di Genova*

(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

**Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione**  
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

## **SPECIFICHE TECNICHE MATERIALE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA**

### **Lotto n. 1**

#### **Set stent biliare**

Stent in polietilene radiopaco del diametro da 7 a 11.5 fr. Lunghezza da 5 a 15 cm , catetere guida radiopaco con markers e posizionatore.

### **Lotto n. 2**

#### **Set stent pancreatico**

Stent pancreatico in polietilene radiopaco con fori di diametro 7 fr, lunghezza da 3 a 14 cm circa. Con kit comprendente guida e posizionatore a seconda del diametro dello stent.

### **Lotto n. 3**

#### **Set stent biliare a doppio PIG-TAIL**

Catetere per sigmoide-ureterostomia tipo Bracci.

Stent in polietilene radiopaco del diametro da 5 a 10 fr. Lunghezza da 4 a 15 cm con kit comprendente: guida in acciaio inox rivestita in TFE lunga 400 cm da .035 inch, catetere guida in TFE radiopaco con markers distali ,posizionatore in TFE translucido dello stesso calibro dello stent di lunghezza non inferiore a cm 170; guaina posizionatrice in TFE di dimensioni idonee allo stent. Monuso e sterile

#### **Lotto n. 4**

##### **Stent biliare non ricoperto**

Stent biliare autoespandibile in nitinol non ricoperto, premontato su catetere con almeno 3 markers radiopachi, lunghezza dello stent da 4 a 8 cm, diametro 10 mm, lunghezza del catetere non inferiore a 190 cm. Monouso e sterile.

#### **Lotto n. 5**

##### **Stent biliare ricoperto**

Stent biliare autoespandibile in nitinol totalmente ricoperto, premontato su catetere markers radiopachi, lunghezza dello stent da 4 a 10 cm, diametro 10 mm, lunghezza del catetere non inferiore a 180 cm. Monouso e sterile.

#### **Lotto n. 6**

##### **Stent biliare non ricoperto autoconformabile**

Stent biliare autoconformabile e autoespandibile in nitinol, premontato su catetere con markers radiopachi, lunghezza dello stent da 5 a 10 cm, diametro 10 mm, lunghezza del catetere non inferiore a 180 cm. Monouso e sterile.

#### **Lotto n. 7**

##### **Protesi esofagea per esofago cervicale**

Protesi monofilamento in nitinol per stenosi dell'esofago cervicale autoespandibile e rimuovibile con markers radiopachi, premontata su catetere. Lunghezza della protesi da 8 a 12 cm, calibri in apertura da 10 a 18 cm, lunghezza del catetere non inferiore a 70 cm. Monouso e sterile.

#### **Lotto n. 8**

##### **Protesi esofagea ricoperta**

Protesi esofagea autoespandibile ricoperta con markers radiopachi, premontata su catetere. Lunghezza della protesi da 10 a 15 cm, diametro centrale 18 mm, diametro estremità 26 mm circa, lunghezza del catetere non inferiore a 70 cm. Monouso e sterile.

#### **Lotto n. 9**

##### **Protesi esofagea ricoperta con cuffia centrale in poliuretano**

Protesi esofagea monofilamento in nitinol con cuffiatura centrale in poliuretano autoespandibile ricoperta con markers radiopachi, premontata su catetere. Lunghezza della protesi da 6 a 10 cm, diametri da 26 a 28 mm, lunghezza del catetere non

inferiore a 70 cm. Monouso e sterile.

### **Lotto n. 10**

#### **Protesi coloretale non ricoperta in TTS**

Protesi coloretale in nitinol autoespandibile non ricoperta, con markers radiopachi premontata su catetere compatibile con canale operativo di 3.7mm. Lunghezza della protesi da 6 a 12cm, diametro 22 mm, con svasatura prossimale di 27 mm, lunghezza del catetere non inferiore a 250 cm. Monouso e sterile.

### **Lotto n. 11**

#### **Protesi coloretale ricoperta TTS**

Protesi coloretale monofilamento in nitinol autoconformabile e autoespandibile totalmente ricoperta con markers radiopachi, premontata su catetere. Lunghezza della protesi da 6 a 10 cm, diametro 20 e 22 mm, lunghezza del catetere non inferiore a 220 cm. Monouso e sterile

### **Lotto n. 12**

#### **Protesi duodenali non ricoperta in TTS**

Protesi duodenali in nitinol autoespandibile non ricoperta. Lunghezza della protesi da 6 a 12 cm. , diametro 20 e 25 mm.. Monouso e sterile.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE:**

*PREZZO 40 PUNTI*

*QUALITA' 60 PUNTI*, così suddivisi:

facilità di avanzamento:	punti 20
flessibilità e atraumaticità:	punti 20
sistema di rilascio:	punti 20

### **DOCUMENTAZIONE:**

sono da allegare:

- schede tecniche dei prodotti offerti
- copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato.

**CONFEZIONAMENTO:**

I dispositivi dovranno essere in confezioni singole e sterili.

**VALIDITA':**

I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

**CAMPIONATURA:**

La Ditta dovrà far pervenire obbligatoriamente n° 3 confezioni originali per ogni tipologia di prodotto, pena l'esclusione della Ditta stessa.

## Riepilogo prodotti in gara e QUANTITATIVI ANNUALI

lotto	prodotto	qtà annuale
1	set stent biliare	70
2	set stent pancreatico	2
3	set stent biliare doppio pig tail	4
4	stent biliare non ricoperto	4
5	stent biliare ricoperto	2
6	stent bil.non ricoperto autoconformabile	2
7	protesi esofagea per esofago cervicale	5
8	protesi esofagea ricoperta	10
9	protesi esofagea ricoperta con cuffia centrale in poliuretano	3
10	protesi coloretale non ricoperta in TTS	6
11	protesi coloretale ricoperta in TTS	8
12	protesi duodenali non ricoperta in TTS	8

f.to IL DIRETTORE  
DELLA S.C. FARMACIA  
(Dott.ssa Carla Fraguglia)