



Modalità di pubblicazione:

integrale

Direzione Generale

AD/57

Dipartimento Giuridico-Economico

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Estensore del documento: dott.ssa Annalisa Damele

Telefono: 0105632318

Email: annalisa.damele@galliera.it

Uffici interessati:

S.C. Bilancio e contabilità

Direzione Sanitaria

S.C. Farmacia



Cod. IPA: eaag_ge - Cod. AOO: eaag

E.O. Ospedali Galliera - Genova

ATTO DIRIGENZIALE

N. 259 del 26/02/2019

Prot. Gen. PG/0005202/19

Oggetto: Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art 36 del d.lgs. n. 50/2016 (da espletarsi tramite portale Me.P.A.) finalizzata all'affidamento annuale di camici anti x modello spezzato (lotto 1) e collari protettivi per radiazioni x e gamma e copri collari (lotto 2).

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE**

richiamato il provvedimento n. 216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernente l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato, altresì, il provvedimento n. 654 del 6.9.2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici";

tenuto conto degli artt. 29 e 36 del citato d.lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del medesimo d.lgs., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

richiamato l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, per la fase di avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano una determina a contrarre od atto equivalente in conformità ai propri ordinamenti;

dato atto che la fornitura in questione non rientra nell'elenco di cui al DPCM emanato in data 11.07.2018 e pubblicato sulla G.U. del 16.08.2018;

rilevato che la procedura in oggetto verrà espletata tramite portale Me.P.A., il cui utilizzo è stato reso obbligatorio dall'art. 7 comma 2 della legge 6 luglio 2012 n. 94 per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165, con riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

vista la nota prot. CI/805/CU del 18.02.2019 con la quale la S.C. Fisica Sanitaria ha chiesto l'acquisizione urgente di camici anti x modello spezzato e collari protettivi per radiazioni x e gamma, indicandone le relative specifiche tecniche, allegate al presente atto;

tenuto conto che, con annotazione del 25.02.2019 al medesimo prot. CI/805/CU, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alla procedura in questione;

rilevato che l'importo complessivo posto a base dell'affidamento è di € 15.540,00.=IVA esclusa, come meglio specificato in appresso:

Lotto	Descrizione	Quantità annuale	Costo unitario	Importo annuale
Lotto 1	camici anti x modello spezzato	35	€ 419,00	€ 14.665,00
Lotto 2	collari protettivi per radiazioni x e gamma (con copri collare)	35	€ 25,00	€ 875,0

ritenuto pertanto di

- indire procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in questione ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, da espletarsi tramite il portale Me.P.A.;
- suddividere l'affidamento in 2 lotti in relazione a ciascuna tipologia di prodotti, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016, con l'espressa previsione che i concorrenti potranno presentare offerta per uno o entrambi i lotti;
- individuare il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione della fornitura ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – previa disamina delle schede tecniche e della campionatura dei prodotti offerti – in quanto i prodotti in questione hanno caratteristiche standardizzate;



considerato di procedere, in via preliminare, alla pubblicazione del presente atto unitamente ad avviso di manifestazione di interesse sul sito web dell'Ente;

precisato di porre riserva di risoluzione anticipata del contratto di fornitura che verrà stipulato in esito alla procedura in questione, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da A.Li.Sa., senza che la Ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip relative all'acquisizione dei beni in oggetto;

precisato che la fornitura di cui trattasi sarà affidata con decorrenza conforme alla vigente normativa;

ritenuto di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse;

dato atto che il Dirigente responsabile proponente ha verificato la compatibilità della spesa derivante dalla presente procedura con la capienza dell'autorizzazione n. 3 vigente, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative al procedimento in questione;

dispone


1. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art 36 del d.lgs. n. 50/2016 – da espletarsi tramite Me.P.A. – per l'affidamento della fornitura annuale di i camici anti x modello spezzato (lotto 1) e collari protettivi per radiazioni x e gamma e copri collari (lotto 2) per un importo complessivo a base di gara di € 15.540,00.= IVA esclusa, come meglio specificato in appresso:

Lotto	Descrizione	Quantità annuale	Costo unitario	Importo annuale
Lotto 1	camici anti x modello spezzato	35	€ 419,00	€ 14.665,00
Lotto 2	collari protettivi per radiazioni x e gamma (con copri collare)	35	€ 25,00	€ 875,00



2. di dare atto che la procedura sarà espletata tramite il portale Me.P.A. e verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, previa disamina delle schede tecniche e della campionatura dei prodotti offerti;
3. di dare atto, altresì, che, in via preliminare, si procede alla pubblicazione del presente atto unitamente ad avviso di manifestazione di interesse sul sito web dell'Ente;
4. di riservarsi di imputare la spesa derivante dalla presente procedura sul pertinente conto 120 06 100 "Materiale radiologico" proporzionalmente dei bilanci di esercizio anni 2019 e 2020;
5. di porre riserva di risoluzione dal contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura, con un preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da A.li.s.a, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
6. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione risorse;
7. di dare atto che il Dirigente responsabile proponente ha verificato la compatibilità della spesa derivante derivante dalla presente procedura con la capienza dell'autorizzazione n. 3 vigente, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
8. di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative al procedimento in questione.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse



Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità



Allegati: specifiche tecniche



Dipartimento di Area Radiologica
S. C. Fisica Sanitaria
Direttore di Struttura: Dott.ssa Monica Gambaro
Funzionario referente: Dott.ssa Monica Gambaro
Telefono: 010-563 4340
Email: monica.gambaro@galliera.it

Caratteristiche tecniche di: Camice modello spezzato (gonna + corpetto) e Collare protettivi per radiazione x e gamma

Descrizione	Camice anti-x modello spezzato (gonna+corpetto) con disponibilità di almeno 3 taglie e comunque di lunghezza tale da coprire almeno le ginocchia degli operatori a prescindere dalla larghezza, senza perdere in confort, con elementi regolabili (cinture e velcro), bordature antistrappo, lavabile. Il corpetto deve avere un taschino non schermato per consentire il posizionamento del dosimetro. La gonna deve essere dotata di 2 anelli di lunghezza non inferiore a 25 cm per consentire il suo posizionamento sull'appendiabiti.
Personalizzazione	Etichetta a velcro con Nome e Reparto
Gamma colori	Disponibilità di almeno 4 colori o fantasie
Protezione	Almeno 0,25 mm di piombo equivalente, con sovrapposizione anteriore a 0,50 mm di piombo equivalente
Lattice	Privo di lattice
Piombo	Privo di piombo
Dichiarazione dell'assorbimento % ai valori di tensione:	50, 70, 90, 110 KV
Scheda di sicurezza	SI
Conformità	Conformi alle seguenti normative: 3) CEI EN 61231-3:2015 degli indumenti protettivi 4) Dichiarazione di conformità UE DPI: regolamento (UE)



Composizione	Dichiarazione della composizione dei materiali utilizzati
Modalità di smaltimento	Dichiarazione obbligatoria
Campionatura	E' richiesta campionatura - gonna (1 per taglia) - corpetto (1 per taglia)
Fabbisogno	35 unità


Caratteristiche tecniche di: Collare protettivi per radiazione x e gamma e copri-collare (per protezione igienica) intercambiabile e lavabile

Descrizione	Collare anti-x con disponibilità di almeno 3 taglie, regolabile con velcro; bordature antistrappo, lavabile, piu' copri collare facilmente sfilabile, lavabile a mano o in lavatrice, traspirante. Protezione dello sterno. Facilmente estraibile dal copri collare.
Personalizzazione	Etichetta a velcro con Nome e Reparto
Gamma colori	Disponibilità di almeno 4 colori e fantasia
Protezione	Almeno 0,50 mm di piombo equivalente
Lattice	Privo di lattice
Piombo	Privo di piombo
Dichiarazione dell'assorbimento % ai valori di tensione:	50, 70, 90, 110 KV
Scheda di sicurezza	SI
Conformità	Conformi alle seguenti normative: 3) CEI EN 61331-3:2015 degli indumenti protettivi. 4) Dichiarazione di conformità UE DPI: regolamento (UE) 425/2016
Composizione	Dichiarazione della composizione dei materiali utilizzati
Modalità di smaltimento	Dichiarazione obbligatoria



Genova, 15/2/2019

Dott. Gianluca Coscia
Dirigente Fisico Medico



Ed. Ospedali Galliera di Genova
S.C. Fisica Sanitaria
Dirigente Fisico
Dott. Gianluca COSCIA

