

E. O. OSPEDALI GALLIERA



Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova

Partita IVA: 00557720109
Cod. Fiscale: 00557720109

Cateteri e guide PER PIASTRA INTERVENTISTICA

Lotto n° 1

Guide angiografiche ad alto supporto

Codice Galliera 25617/37783

QUANTITÀ'

N° 50

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Guide angiografiche teflonate con stelo ad alto supporto , nei diametri. 0.035-0,038 inch con punta flessibile dritta o preformata a J con raggio 3 mm, .nelle lunghezze di almeno cm 145 e 260 .

Lotto N 2

Catetere Angiografico Idrofilo. (4 Fr e 5 Fr)

Codice Galliera 31205

QUANTITÀ'

N° 200

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Catetere angiografico in materiale plastico idoneo con armatura metallica e polimero idrofilico all'esterno. Radiopaco, punta morbida, non armata, basso coefficiente di attrito. Alto flusso con pressione sopportata fino a 1000 PSI, compatibile con guida 0.038", 4 e 6 F° lunghezze varie (da 65 a 110 cm), ampia gamma di tipologia di curvatura finale.

Lotto N 3

Guida Metallica Rigida Extra-Stiff
QUANTITÀ'

N°60

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Guida in acciaio rivestita, extra-rigida tipo Lunderquist, sterile, apirogena, monouso con punta morbida , atraumatica, (varie curve), diametri 0.035", lunghezza 260-300 cm.

LOTTO N 4 20

CATETERE A PALLONCINO PER DILATAZIONE DELLE VIE BILIARI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

catetere a palloncino per dilatazione delle vie biliari ad alta pressione, varie lunghezze 30-40 mm, diametri almeno da 6 a 10 mm, con lunghezza catetere 40-75 cm circa.pressione massima 20 atm

LOTTO 5

CATETERE PER ISTEROSALPINGOGRAFIA

codice galliera 31322

quantità'annuale

N° 130

CARATTERISTICHE TECNICHE:

catetere da isterosalpingografia, diametro 5 e 7 fr., lume 0.035, lunghezza 40 cm, sterile, monouso, completo di siringa e sistema a due vie per gonfiaggio del palloncino e iniezione del contrasto.

LOTTO 6

CATETERE DA DRENAGGIO BILIARE ESTERNO Codice Galliera 61677/62703

quantità'annuale

N° 15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cateteri da drenaggio biliare esterno, in materiale biocompatibile, a lume singolo, con eventuale possibilità di sistema di ancoraggio a filo . Fori ampi per un drenaggio ottimale , parete sottile. Misure da 8 a 14 Fr. Differenti gradi di rigidità..

LOTTO N° 7
CATETERÈ DA DRENAGGIO BILIARE INTERNO-ESTERNO

Cod. Gall. 51688/51165

quantità'annuale

N° 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cateteri da drenaggio biliare-interno esterno, in materiale biocompatibile, con differenti gradi di rigidità. Fori prossimali e distali, dotati di sistema di ancoraggio con filo interno a loop e di sistema metallico o plastico per irrigidire il sistema. Misure da 8 a 14 Fr. Eventuale marker radiopaco all'inizio del tratto forato.

I Dispositivi medici devono essere conformi alla normativa CE secondo la direttiva 93/42 (D.L. 46/97) relativamente alla classe del dispositivo medico offerto. Destinazione d'uso, marcatura CE, metodo di sterilizzazione indicazione monouso, se tale, devono essere contenute nel confezionamento unitario, ove possibile.

L'etichettatura e le eventuali istruzioni per l'uso dovranno contenere quanto prescritto dalla Direttiva 93/42 (Sezione 13 allegato 1) in lingua italiana (decreto legislativo 24 febbraio 1997 n° 46).

Le ditte dovranno far pervenire la seguente documentazione obbligatoria: Certificato di conformità CE emesso dall'organismo notificato; Copia delle istruzioni per l'uso (ove presenti); Dichiarazione attestante la presenza o meno di lattice nei dispositivi offerti; Dichiarazione o indicazione in scheda tecnica della classe di appartenenza CND; Indicazione per ogni codice offerto del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale Dispositivi (Decreto Ministero della Salute 20/02/2007), **schede tecniche originali del produttore in lingua italiana + copia del foglietto illustrativo che accompagna il prodotto in lingua italiana.**

VALIDITA':

I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

