

## **SET PER CATETERISMO VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO STERILE**

Il set deve comprendere:

- n. 3 telini dimensioni cm 60X50 circa, di cui n. 1 telino pre-tagliato per la delimitazione dei genitali esterni, n. 1 telino per la copertura degli arti inferiori e n. 1 telino per la creazione del campo sterile;
- n. 4 batuffoli e n. 2 garze per la antisepsi dei genitali esterni;
- antisettico monodose in busta sterile a base di iodopovidone o clorexidina in soluzione acquosa con destinazione d'uso su mucose;
- due paia di guanti; ogni paio di guanti deve risultare separato e posizionato in sequenza rispetto al protocollo aziendale e piegati in modo da rispettare la tecnica in asepsi;
- acqua distillata sterile preaspirata in siringa.

Tutto il materiale sopraelencato deve essere racchiuso in un contenitore in materiale plastico con arcella preformata.

La sistemazione del materiale deve rispettare la consequenzialità logica delle manovre in asepsi, secondo il protocollo operativo che ci si riserva di allegare in sede di gara.

La confezione deve essere monouso e sterile e indicare il materiale contenuto.