

SISTEMA MONOUSO CHIUSO PER LA RACCOLTA E LA ELIMINAZIONE DI LIQUIDI BIOLOGICI ASPIRATI

LOTTO unico	DESCRIZIONE	Q.ta annua
Cartucce per la raccolta di liquidi biologici aspirati (codice Galliera 16346 16347 33377 36043)	• Di capacità variabili 1,5, 2 e 3 litri circa, con tubo premontato da 1,8 mt. scala graduata, superficie per annotazioni e sistema di troppo pieno costituito da una valvola in materiale idrofobico "tipo Gore-tex" che eviti anche la possibile aspirazione di schiume e che abbia una potenza filtrante del 99,99% circa. • Il coperchio deve essere dotato di connessioni paziente, vuoto e tandem di colore diverso per una immediata identificazione delle porte dedicate e di una ampia porta per il prelievo di campioni di liquidi biologici e/o l'introduzione di gel solidificante • Disponibilità di contenitori con sacchetti morbidi da 1,5, 2 e 3 litri circa • Disponibilità di contenitori rigidi 100% monouso (da usare senza sacchetti morbidi) da 1,5 2 e 3 litri in idoneo materiale infrangibile. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i seguenti accessori: • N. 200 contenitori rigidi riutilizzabili "a muro". • N. 50 carrelli a norma e dotati di manometro completi di contenitori. • I contenitori devono essere: • in materiale plastico rigido, graduato; disponibile in versione "a muro" ed in versione "mobile su carrellino", la versione "a muro" deve essere realizzata in modo da non necessitare di modifiche delle preesistenti strutture ospedaliere. • adattabili a tutti i sistemi di vuoto. • Le prese a muro del sistema a vuoto centralizzato sono del tipo AFNOR, di conseguenza la presa del tubo deve essere di tipo AFNOR • Adattabili a sistemi elettrici di aspirazione già in dotazione. La Ditta aggiudicataria dovrà indicare dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica, specificando il centro di assistenza di riferimento per la nostra area. La continuità nell'erogazione del servizio dovrà	N. 1000 cartucce di capacità 1500/2000ml; N. 1200 cartucce di capacità 3000 ml; N. 1500 contenitore monouso rigido di capacità 1200/2000 ml circa N. 4000 contenitore monouso rigido di capacità 3000 ml circa

	essere assicurata tramite i seguenti provvedimenti: • fornitura transitoria di apparecchi sostitutivi a quelli in servizio durante i periodi di indisponibilità per guasto. • sostituzione definitiva dell'apparecchio in servizio nel caso di guasti ripetuti. La Ditta aggiudicataria dovrà specificare chiaramente quale/i fra i provvedimenti sopra elencati intenda adottare per garantire la continuità del servizio. I carrelli, i contenitori, i raccordi ed i supporti rispondenti a quanto indicato nelle presenti specifiche tecniche dovranno essere forniti in servizio gratuito per tutta la durata del rapporto e dovranno quindi essere ritirati dalla Ditta aggiudicataria alla scadenza contrattuale. Per tutto il periodo della fornitura, le spese di manutenzione occorrenti alle attrezzature saranno a carico della Ditta aggiudicataria, escluse quelle derivanti da negligenze o colpa degli operatori dell'Amministrazione appaltante. Saranno altresì a carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto ed installazione del bene oggetto della fornitura. <u>Si precisa che non potrà essere apportata nessuna modifica delle “bocche di irrigazione “degli impianti di gas medicali esistenti.</u> <u>Inoltre, per quanto attiene eventuali installazioni di accessori a muro le stesse saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.</u>	
--	---	--