

E. O. OSPEDALI GALLIERA



Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova

Partita IVA: 00557720109
Cod. Fiscale: 00557720109

LOTTO	DESCRIZIONE	Q.ta annua
1 Tubo in PVC a bolle in matassa (Codice Galliera 56929)	Tubo in PVC a bolle, in matassa, con segmento espanso ogni 100 cm. circa. Diametro interno 7 mm. circa Lunghezza 30/50 mt circa in scatola dispenser CONFEZIONAMENTO Il dispositivo dovrà essere perfettamente sigillato	650
2 Tubo di raccordo pretagliato (Codice Galliera 56930 56931)	Tubo di raccordo sterile monouso in PVC medicale, pretagliato. Antimemoria, antingnocchiamento. Diametro interno 5 e 7 mm. circa Lunghezza 3 mt circa CONFEZIONAMENTO Il dispositivo dovrà essere in confezioni singola, sterile. La confezione di trasporto dovrà essere costituita da un minimo di N°10 ad un massimo di N°50 pezzi	4300 diametro 5mm.circ a 5600 diametro 7 mm.
3 Cannula per aspirazione chirurgica tipo Yankauer (Codice Galliera 56928)	Cannula in PVC medicale, o altro materiale atossico, trasparente, Flessibile e plasmabile allo scopo di adattare l'angolazione alle proprie esigenze, impugnatura anatomica per una presa sicura. Punta dritta, dotata di fori laterali per un'aspirazione meno traumatica. Dimensione del foro di aspirazione: CH 22 circa. Lunghezza della cannula 25 cm circa. Possibilità di connessione a tutti i tubi di aspirazione. CONFEZIONAMENTO Il dispositivo dovrà essere in confezioni singola, sterile. La confezione di trasporto dovrà essere costituita da un minimo di N°10 ad un massimo di N°50 pezzi	4400
4 Cannula per aspirazione chirurgica tipo Yankauer con foro di aspirazione (Codice Galliera 59918)	Cannula rigida in materiale medicale, atossico, trasparente; Impugnatura a bulbo; Dotata di foro di controllo e regolazione manuale dell'aspirazione, Punta dritta, dotata di fori laterali per un'aspirazione meno traumatica, Dimensione del foro di aspirazione: CH16 circa, Lunghezza della cannula 20 cm. circa, Possibilità di connessione a tutti i tubi di aspirazione. CONFEZIONAMENTO Il dispositivo dovrà essere in confezioni singola, sterile. La confezione di trasporto dovrà essere costituita da un minimo di N°10 ad un massimo di N°50 pezzi	1200

CRITERI DI VALUTAZIONE:

'PREZZO

I Dispositivi medici devono essere conformi alla normativa CE secondo la direttiva 93/42 (D.L. 46/97) relativamente alla classe del dispositivo medico offerto. Destinazione d'uso, marcatura CE, metodo di sterilizzazione indicazione monouso, se tale, devono essere contenute nel confezionamento unitario, ove possibile.

L'etichettatura e le eventuali istruzioni per l'uso dovranno contenere quanto prescritto dalla Direttiva 93/42 (Sezione 13 allegato 1) in lingua italiana (decreto legislativo 24 febbraio 1997 n° 46).

Le ditte dovranno far pervenire la seguente documentazione obbligatoria: Scheda Tecnica del dispositivo offerto, riportante tutte le caratteristiche del prodotto; Certificato di conformità CE emesso dall'organismo notificato; Copia delle istruzioni per l'uso (ove presenti); Dichiarazione attestante la presenza o meno di lattice nei dispositivi offerti; Dichiarazione o indicazione in scheda tecnica della classe di appartenenza CND; Indicazione per ogni codice offerto del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale Dispositivi (Decreto Ministero della Salute 20/02/2007).

CAMPIONATURA

2 pezzi nella confezione singola originale.

Per il lotto 1 un pezzo nella confezione singola originale

VALIDITA':

I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

DURATA CONTRATTUALE: 24 MESI