



Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli artt.13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

Direzione Generale

L.C/200

Dipartimento gestione economico finanziaria, risorse strumentali, logistica

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Estensore del documento Loredana Cossu

Telefono: 0105632312

Email: loredana.cossu@galliera.it

Uffici interessati:

Direzione Sanitaria

S.C. Ing. Clinica

S.C. Bilancio e cont.

S.C. Econ. Alberghiero



Cod. IPA: e009_ge - Cod. A00: e009

E.O. Ospedali Galliera - Genova

ATTO DIRIGENZIALE

N. 1503 del 04/10/2017

Prot.Gen. PG/0025712/17

Oggetto: Esito della procedura di gara, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura di n.1 contaminometro per la misura della contaminazione radioattiva superficiale mani, piedi e vesti di persone che operano presso la S.C. Medicina Nucleare. **CIG ZF31F046FC**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE

richiamato il provvedimento n.216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernenti l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato altresì il provvedimento n. 654 del 6.9.2017 avente ad oggetto "Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici";

richiamato infine l'atto dirigenziale n.1010 del 19.06.2017 con il quale è stata deliberata l'indizione della gara di cui in oggetto, per un importo presunto di € 18.000,00.=, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, a sensi dell'art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n.50/2016;

dato atto che, ad oggi, non è possibile espletare la procedura di cui trattasi mediante piattaforma MePA in quanto non presente l'apparecchiatura in parola;



dato atto altresì che entro il termine del 05.07.2017 hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara in argomento le seguenti ditte: Hosman srl, El.Se srl, Tema sinergie spa, MecMurphil srl e Comecer spa;

tenuto conto che con lettera prot.gen.n.18069 del 05.07.2017, sono state invitate a presentare, entro le ore 12.00 del 24.07.2017, la propria migliore offerta, per la procedura di cui trattasi, le seguenti ditte: Hosman srl, El.Se srl, MecMurphil srl, Ametek srl, Tema Sinergie spa e Comecer spa;

preso atto che entro il termine prescritto hanno inviato offerta le seguenti ditte: Hosman srl, El.Se srl, MecMurphil srl, Ametek srl e Comecer spa;

richiamato il verbale del 25.07.2017, acquisito con prot.gen.n.19748 di pari data, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa delle ditte offerenti riscontrando la conformità della stessa alle prescrizioni richieste nella lettera d'invito di cui sopra;

precisato che con note prott.genn.nn. 21420, 21421, 21422, 21423 e 21425 del 10.08.2017 sono stati richiesti delle integrazioni alle documentazioni tecniche alle ditte: Ametek srl, Comecer spa, El.Se srl, Hosman srl e MecMurphil srl, le quali con note acquisite agli atti con prott.genn.nn. 22391, 22862, 22883, 22950 e 23375, rispettivamente del 24.8.2017, 31.08.2017, 01.09.2017, 04.09.2017 e 08.09.2017, le stesse hanno trasmesso le risposte ai chiarimenti posti;

preso atto della mail del 27.09.2017 trasmessa dall'Esperto qualificato il Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, il quale comunica che, dopo aver esaminato le documentazioni tecniche e le successive integrazioni richieste, solo la documentazione tecnica della ditta El.Se srl risulta essere conforme alle specifiche tecniche trasmesse;

richiamato il verbale del 28.09.2017, acquisito agli atti con prot.gen.n.25180 di pari data, con il quale viene assegnata, la fornitura di cui in argomento, alla ditta El.Se srl e, contestualmente, sono state esplicitate le motivazioni, di seguito specificate, con le quali sono state escluse le altre ditte offerenti:

- ditta Ametek srl: non risulta selezionabile la lingua italiana;
- ditta Hosman srl: non è stata offerta la sorgente radioattiva, ma solo il fantoccio;
- ditta Comecer srl: non risulta specificata la procedura di calibrazione, le sorgenti proposte: vial Co-57 185MBq, Cs-137 7,4 Mbq, Co-60 1.85 MBq hanno una geometria piana e non sono ottimali per la taratura di uno strumento per misure di contaminazione superficiale e hanno caratteristiche diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche per i controlli periodici;
- ditta MecMurphil srl: nella risposta al chiarimento per la calibrazione si dice di utilizzare l'isotopo desiderato sciolto in una soluzione acquosa con attività nota, inserito all'interno di un contenitore tipo piastra Falcon di riferirsi a pag.29 del manuale tecnico, dove si specifica di utilizzare una sorgente di riferimento indicando isotopo, attività e superficie. Pertanto non essendo offerta alcuna sorgente il prodotto non è conforme a quanto richiesto;



ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta El.Se srl la fornitura di n.1 contaminometro per la misura della contaminazione radioattiva superficiale mani, piedi e vesti di persone che operano presso la S.C. Medicina Nucleare, nella configurazione dell'offerta 1701073/vn/bb del 19.07.2017, acquisita agli atti con prot.gen.n.16407 del 20.07.2017, per l'importo di €12.990,00.=, IVA esclusa, con una miglioria dall'importo presunto di € 5.010,00.=,

precisato che il RUP della procedura di cui trattasi è la dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S:C Approvvigionamento e gestione risorse;

preso atto che con annotazione posta in data 13.06.2017 sul succitato prot.n. CI/2353/CU del 29.05.2017 è stato individuato quale direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Piero Schiapparelli, dirigente medico presso la S.C. Fisica sanitaria;

tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip/A.Li.Sa relative all'acquisizione di cui trattasi;

dato atto altresì che il Dirigente responsabile della S.S.C. Automazione e Ingegneria clinica ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto dirigenziale con la capienza dell'autorizzazione n.52, definita nell'ambito del bilancio di previsione d'esercizio, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art.14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

dato atto della regolarità della procedura seguita;


dispone

1. di aggiudicare, giusta quanto in specificato in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, procedura di gara per l'affidamento della fornitura di n.1 contaminometro per la misura della contaminazione radioattiva superficiale mani, piedi e vesti di persone che operano presso la S.C. Medicina Nucleare, alla ditta El.Se srl, nella configurazione dell'offerta 1701073/vn/bb del 19.07.2017, acquisita agli atti con prot.gen.n. 16407 del 20.07.2017, per l'importo di € 12.990,00.=, IVA esclusa, con una miglioria dall'importo presunto di € 5.010,00.=;
2. la spesa derivante dal precedente punto 1), ammontante a € € 15.847,80.=, IVA inclusa, sarà contabilizzata sul conto 10 20 050 – attrezzature specifiche sanitarie – del bilancio d'esercizio 2017;
3. di individuare quale RUP la dott.ssa Maria Laura Zizzo, dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse;
4. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Piero Schiapparelli, dirigente medico presso la S.C. Fisica sanitaria;



5. di dare atto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip/A.LiSa relative all'acquisizione di cui in parola;
6. di stabilire che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo le verifiche di legge previste dalla normativa vigente;
7. di dare atto dell'insussistenza, a carico del Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
8. di dare atto che il Dirigente responsabile della S.S.C. Automazione e Ingegneria clinica ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto dirigenziale con la capienza dell'autorizzazione n.52, definita nell'ambito del bilancio di previsione d'esercizio, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse



Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

