



Direzione Amministrativa



Cod. IPA: e00g_ge - Cod. A00: e00g

E.O. Ospedali Galliera - Genova

Prot. Gen. PG/0006686/19

LETTERA IN USCITA

del 12/03/2019

Class.: IX.1.334 - Det.re: UOR

Dipartimento Giuridico – Economico

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Estensore del documento: Loredana Cossu

Telefono: 0105632312

Email: loredana.cossu@galliera.it

Invio tramite Mepa

**Spett.le
Ditta**

Oggetto: Indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art.36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura, tramite portale MePA, di n.1 densitometro osseo da installare presso Ambulatorio di Geriatria -1B3. CIG **Z1B272885B**.

A seguito di chiarimento pervenuto, acquisito agli atti con prot.gen.n.6328 del 08.03.2019, si invia la seguente risposta:

1. **Domanda:** *“Al fine di garantire la massima partecipazione e competitività tra le aziende partecipanti alla gara in oggetto, in riferimento al requisito tecnico Trabecular bone score relativo alle specifiche tecniche allegate alla lettera d’invito, si chiede di indicare se la dicitura si riferisce a soluzioni software in grado di eseguire la valutazione dei parametri della microstruttura e qualità ossea.”*

Risposta: *“Il Trabecular Bone Score (TBS) è un indice texturale che valuta le variazioni del livello di grigio dei pixel nell’immagine, usato come marker per il rischio di osteoporosi. La letteratura recente riferisce della sua importanza come indicatori di osteoporosi o di rischio fratture spontanee. Si chiede di avere soluzioni SW integrate con l’apparecchiatura in grado di fornire questo indice.”*

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 0105632312 citando gli estremi della presente lettera.

Distinti saluti.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile

