



Direzione Generale

LC/343

Dipartimento Giuridico - Economico

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Estensore del documento: Loredana Cossu

Telefono: 0105632312

Email: loredana.cossu@galliera.it

Uffici interessati:

Direzione Sanitaria

S.C. Bilancio e Contabilità

S.C. Economale, Alberghiero e Logistica

S.S.C. Automazione e Ingegneria clinica



Cod. IPA: e00g_ge - Cod. A00: e00g

E.O. Ospedali Galliera - Genova

ATTO DIRIGENZIALE

N. 1553 del 23/10/2018

Prot.Gen. PG/0028429/18

Oggetto: procedura di acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n.1 trapano elettrico completo di centralina, pedale e manipoli da assegnare alla S.C. Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva. CIG ZC824DAFD0.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE

richiamato il provvedimento n.216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernenti l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato altresì il provvedimento n.654 del 06.09.2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del D.lgs. 18.04.2016, n.50. Codice dei contratti pubblici";

richiamato l'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 concernente "principi in materia di trasparenza";

richiamato l'art.32 c.2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00.=-;

richiamato l'art. 32 c.2 del D.lgs n. 50/2016 che prevede fra l'altro: *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le*



ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

richiamate le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs n.50/2016, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al 1°.3.2018 e pubblicate sulla G.U. serie generale n. 69 del 23.03.2018;

vista la nota prot.n.CI/2036/CU del 26.04.2018 con la quale il Direttore medico della S.C. Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva chiede l’acquisto di n.1 trapano elettrico completo di centralina, pedale e manipoli in sostituzione di analogo strumento posto, a causa dell’obsolescenza e della vetustà, fuori uso;

preso atto del parere favorevole espresso in data 26.04.2018, sul succitato prot.n.CI/2036/CU, da parte della Direzione Sanitaria in merito all’acquisto di cui trattasi;

dato atto che, con con annotazione posta in data 25.07.2018 sul succitato prot.n.CI/2036/CU, il Direttore medico della S.C. Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva ha inserito, le specifiche tecniche, controfirmate per validazione dalla S.S.C. Automazione e ingegneria clinica, dell’apparecchiatura de quo al fine di attivare la procedura di cui in oggetto;

vista la nota prot.gen.n.16888 del 07.06.2018 con la quale la S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse ha provveduto a richiedere preventivo, entro il 03.08.2018, per la fornitura n.1 trapano elettrico completo di centralina, pedale e manipoli, alle seguenti ditte: N.B.A. Medica srl, Integra Life Sciences Italy srl e Johnson&Johnson Medical spa;

considerato che, entro il termine fissato, sono pervenuti i seguenti preventivi:

- ditta N.B.A. srl offerta, acquisita agli atti con prot.gen.n.21861 del 02.08.2018, per un importo complessivo di € 16.967,00.=, IVA esclusa;
- ditta Integra Life Sciences Italy srl offerta, acquisita agli atti con prot.gen.n.21869 del 02.08.2018, per un importo complessivo di € 23.999,62.=, IVA esclusa;
- ditta Johnson&Johnson Medical spa offerta, acquisita agli atti con prot.gen.n.21883 del 02.08.2018, per un importo complessivo di € 12.618,75.=, IVA esclusa;

considerato che sono state trasmesse, a mezzo protocollo informatico dell’Ente, le documentazioni tecniche trasmesse dalle sopracitate ditte, per le valutazioni di competenza alla S.S.C. Automazione e Ingegneria clinica, la quale con annotazioni poste sui succitati protocolli, specifica quanto di seguito meglio evidenziato:

- la ditta N.B.A. srl offre un manipolo con coppia pari a Ncm 3,4, mentre la specifica tecnica al punto 4.1 prevede coppia non inferiore a 5 Ncm, pertanto non risulta essere conforme alle specifiche tecniche;
- la ditta Integra Life Sciences Italy srl propone un’apparecchiatura conforme alle specifiche tecniche;
- la ditta Johnson&Johnson Medical spa offre strumento che risulta non essere conforme al punto 3.2 della specifica tecnica poiché la centralina proposta non è



dotata di display touch screen, ma solo di manopole;

precisato che la presente procedura non si svolgerà tramite Me.P.A., il cui utilizzo è stato reso obbligatorio dall'art.7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012 n. 94, per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in quanto non risulta presente la fornitura di cui oggetto;

tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, per la fornitura di cui trattasi, Convenzioni Consip;

dato atto che con nota prot.gen.n.24657 del 13.09.2018 è stata tata invitata la ditta Integra Life Sciences Italy srl a inviare la propria migliore offerta entro il 03.08.2018;

precisato che entro il termine stabilito la ditta in parola ha trasmesso la propria offerta, acquisita agli atti con prot.gen.n.25474 del 24.09.2018, proponendo la fornitura de quo per un importo di € 23.729,22.=, IVA esclusa;

dato atto che il RUP della procedura di cui trattasi è il Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse;

dato atto, altresì, che è stato nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della normativa vigente, il Dott. Giuseppe Signorini, Dirigente medico presso la S.C. Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva;

dato atto, infine, che il Dirigente responsabile ad interim della S.S.C. Automazione ed Ingegneria Clinica ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n.52 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art.8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

dispone


1. di affidare, giusta quanto specificato in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura n.1 trapano elettrico completo di centralina, pedale e manipoli da assegnare alla S.C. Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva. CIG ZC824DAFD0., alla ditta Integra Life Sciences Italy srl per l'importo complessivo di € 23.729,22.=, IVA esclusa;
2. di contabilizzare la spesa derivante dal precedente punto 1), ammontante a € 28.949,65.=, IVA inclusa, sul conto patrimoniale 1020050 – attrezzature specifiche sanitarie – sul bilancio d'esercizio del 2018;
3. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della



S.C. Approvvigionamento e gestione risorse;

4. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Giuseppe Signorini, Dirigente medico presso la S.C. Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva;
5. di dare atto che alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura di cui in oggetto;
6. di dare atto altresì dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art.8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
7. di dare atto infine che il Dirigente responsabile ad interim della S.S.C. Automazione ed Ingegneria Clinica ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 52 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse



Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

