

E. O. OSPEDALI GALLIERA



Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova

Partita IVA: 00557720109
Cod. Fiscale: 00557720109

Descrizione	Caratteristiche tecniche	Q.ta annua
DEFLUSSORI PER POMPA (VOLUMETRICI) A O PERISTALTICI A DUE VIE A CANALI SEPARATI	Monouso; Chimicamente stabili; Sterili; Seconda via con tappo in lattice o tappo a vite Ogni deflussore deve essere in confezione singola, sterile e di facile immagazzinamento. La confezione di trasporto deve contenere 50-100 pezzi. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito: n. 25$\pm$ 10% pompe volumetriche di ultima generazione e mai utilizzate, dotate almeno dei requisiti minimi sotto elencati ed, in generale, la fornitura di tutto il materiale di consumo eventualmente necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature anche se non esplicitamente indicato in offerta. CARATTERISTICHE TECNICHE: 1. Dosaggio di flussi almeno da 0,1 a 999 ml con incrementi almeno di 0,1 ml, con valore visualizzato costantemente; 2. Volume massimo di infusione selezionabile da 0,1 a 999 ml; 3. Display luminoso con visualizzazione di tutti i messaggi di allarme o guasto interno; 4. Dispositivo di mantenimento di flusso minimo (5 ml/h circa o minore) al termine del programma di infusione per garantire la pervietà del vaso; 5. Alimentazione sia a rete che a batteria (almeno 3 ore alla massima velocità), con indicazione funzionamento in assenza di alimentazione a rete; 6. Allarmi acustici con blocco di funzionamento nei seguenti casi: • occlusione; • raggiungimento del volume da infondere • sportello aperto • aria in linea; • basso livello di carica batteria; 1 ora di autonomia La Ditta aggiudicataria dovrà indicare dettagliatamente: ♦ Le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica; ♦ I tempi per completare la fornitura che in ogni caso non deve superare i 2 mesi, specificando il centro di assistenza di riferimento	1500 deflusso ri 250 deflusso ri per nitrati

per la nostra area.

La continuità nell'erogazione del servizio dovrà essere assicurata tramite i seguenti provvedimenti:

- Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione presso i Reparti utilizzatori.
- fornitura transitoria, entro le 24 ore dalla segnalazione, di apparecchi sostitutivi a quelli in servizio durante i periodi di indisponibilità per guasto o, in alternativa, garantire una giacenza presso la UO Farmacia Interna di un quantitativo pari al 4% dell'intera fornitura.
- sostituzione definitiva dell'apparecchio in servizio nel caso di guasti ripetuti.

La Ditta aggiudicataria dovrà specificare chiaramente quale/i fra i provvedimenti sopra elencati intenda adottare per garantire la continuità del servizio.

Le pompe infusionali dovranno essere fornite in servizio gratuito per tutta la durata del rapporto e dovranno quindi essere ritirate dalla Ditta aggiudicataria alla scadenza contrattuale. La Ditta aggiudicataria dovrà istituire un corso di formazione rivolto al personale utilizzatore per un uso appropriato delle apparecchiature oggetto di fornitura, prevedendo inoltre eventuali corsi di aggiornamento durante l'intero periodo di aggiudicazione.

Per tutto il periodo della fornitura, le spese di manutenzione occorrenti alle attrezzature saranno a carico della Ditta aggiudicataria, escluse quelle derivanti da negligenze o colpa degli operatori dell'Amministrazione appaltante. Saranno altresì a carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto ed installazione del bene oggetto della fornitura.

I Dispositivi medici devono essere conformi alla normativa CE secondo la direttiva 93/42 (D.L. 46/97) relativamente alla classe del dispositivo medico offerto. Destinazione d'uso, marcatura CE ,metodo di sterilizzazione indicazione monouso, se tale, devono essere contenute nel confezionamento unitario, ove possibile.

L'etichettatura e le eventuali istruzioni per l'uso dovranno contenere quanto prescritto dalla Direttiva 93/42 (Sezione 13 allegato 1) in lingua italiana (decreto legislativo 24 febbraio 1997 n° 46).

Le ditte dovranno far pervenire la seguente documentazione obbligatoria: Scheda Tecnica del dispositivo offerto, riportante tutte le caratteristiche del prodotto; Certificato di conformità CE emesso dall'organismo notificato; Copia delle istruzioni per l'uso (ove presenti); Dichiarazione attestante la presenza o meno di lattice nei dispositivi offerti; Dichiarazione o indicazione in scheda tecnica della classe di appartenenza CND (se disponibile); Indicazione per ogni codice offerto del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale Dispositivi (Decreto Ministero della Salute 20/02/2007).

CAMPIONATURA <i>la ditta partecipante dovrà fornire 20 campioni di deflussori e 2 pompe.</i> VALIDITA': <i>I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.</i> CRITERI DI VALUTAZIONE: 'PREZZO' / / DURATA CONTRATTUALE: 36 MESI	
---	--