



Pubblicazione integrale

Direzione Generale

Dipartimento tecnico

S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica

Dirigente responsabile: dott.ssa Cinzia Cravisana

Estensore del documento: dott.ssa Chiara Masili

Telefono: 010 5632500 - 2801

Email: segreteria.technica@galliera.it

S.S.C. Automazione e ingegneria Clinica

Dirigente responsabile: Dott. Carlo Berutti Bergotto

Responsabile unico del procedimento: ing. Sara Accogli

Uffici interessati:
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
S.C. Bilancio e Contabilità



Cod. IPA: e00g_ge - Cod. AOO: e00g

E.O. Ospedali Galliera - Genova

ATTO DIRIGENZIALE

N. 624 del 20/05/2019

Prot. Gen. PG/0012699/19

Oggetto: Servizio di verifica del funzionamento dell'impianto di ventilazione di n. 2 sale di risonanza magnetica, verifica della tenuta della Gabbia di Faraday e verifica della funzionalità del rilevatore di ossigeno di 2 risonanze magnetiche, per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021. Codice CIG: Z45286C7A6.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. MACROAREA TECNICO-CONTRATTUALISTICA

richiamato il provvedimento n.216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernente l'adozione di atti dirigenziali;

richiamati altresì:

- il provvedimento n. 654 del 6.09.2017, così come modificato ed integrato dal provvedimento n. 324 del 16.04.2018, avente ad oggetto "Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del D. lgs. 18/4/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici”;

richiamato l'art.29 del D.lgs n.50/2016 concernente “principi in materia di trasparenza”;

richiamate le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs n.50/2016, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1 marzo 2018;

richiamato in particolare il paragrafo 3.1. delle Linee Guida citate relative alla fase di avvio della procedura, che prevede al punto 3.1.2 “*La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante*”;

dato atto che, al fine di ottemperare alla normativa vigente, si rende necessario stipulare un contratto di manutenzione di durata biennale avente ad oggetto i seguenti servizi:

- verifica semestrale del corretto funzionamento dell'impianto di ventilazione di n. 2 sale di risonanza magnetica (RM), secondo quanto previsto dalle Linee Guida INAIL 2015 “Indicazioni operative dell'INAIL per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica” ed in osservanza al D.M. 2.08.1991 e correlati standard di sicurezza;
- verifica annuale della tenuta della Gabbia di Faraday secondo le norme IEE-STD-299-2006 di 2 risonanze magnetiche e in accordo alle prescrizioni dell'allegato I del D.M. del 10.08.2018 “Standard di sicurezza per l'installazione e l'impiego di apparecchiature a risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4T”;
- verifica semestrale della funzionalità del rilevatore di ossigeno di 2 risonanze magnetiche secondo la norma CEI EN 50104:2011 “Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen performance requirements and test methods” ed in accordo alle prescrizioni dell'allegato I del D.M. del 10.08.2018 “Standard di sicurezza per l'installazione e l'impiego di apparecchiature a risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4T”;

ritenuto pertanto di attivare la procedure di affidamento, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016 e ai sensi delle Linee Guida n.4 di attuazione dello stesso, relativa al “Servizio di verifica del funzionamento dell'impianto di ventilazione di n. 2 sale di risonanza magnetica, verifica della tenuta della Gabbia di Faraday e verifica della funzionalità del rilevatore di ossigeno di 2 risonanze magnetiche”, per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021, in conformità alla specifica tecnica trasmessa dalla S.S.C. Automazione e ingegneria clinica acquisita agli atti con CI/2140/CU del 16.05.2019;

dato atto che con annotazione sul protocollo informatico in uso presso l'ente alla nota CI/2140/CU del 16.05.2019 il dirigente responsabile della S.S.C. Automazione e ingegneria clinica ha proposto quale Responsabile unico del procedimento il collaboratore tecnico presso la S.S.C. Automazione e ingegneria clinica, ing. Sara Accogli, e quale Direttore dell'esecuzione del contratto il direttore fisico responsabile della S.C. Fisica sanitaria, dott.ssa Monica Gambaro, in qualità di esperto responsabile della sicurezza del sito RM;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C Macroarea tecnico-contrattualistica delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da



parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

dato atto che il responsabile della S.S.C. Automazione e ingegneria clinica ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 14 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

dispone

- 1) di attivare la procedura di affidamento, ai sensi dell'art.36 del D.lgs n.50/2016, relativa al "Servizio di verifica del funzionamento dell'impianto di ventilazione di n. 2 sale di risonanza magnetica, verifica della tenuta della Gabbia di Faraday e verifica della funzionalità del rilevatore di ossigeno di 2 risonanze magnetiche", per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021, per un importo a base d'asta pari a € 7.300,00= IVA esclusa;
- 2) di nominare Responsabile unico del procedimento il collaboratore tecnico presso la S.S.C. Automazione e ingegneria clinica, ing. Sara Accogli;
- 3) di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto il direttore fisico responsabile della S.C. Fisica sanitaria, dott.ssa Monica Gambaro, in qualità di esperto responsabile della sicurezza del sito RM ;
- 4) di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 1), sarà contabilizzata sul conto n. 130 30 050 (manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico scientifico-sanitarie) del bilancio di esercizio proporzionalmente per gli anni di competenza;
- 6) di dare atto che il responsabile della S.S.C. Automazione e ingegneria clinica ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 14 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente www.galliera.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi ed esiti di gara;

Dott.ssa Cinzia Cravisana
Dirigente responsabile
S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica

Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

