



E. O. Ospedali Galliera - Genova

(L. 833/1978, art. 41; D. lgs n. 517/1993 art. 4 c. 12)

**Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)**

DIREZIONE GENERALE

S.C. Macroarea Tecnico contrattualistica

Direttore del dipartimento: Dott.ssa Cinzia Cravisana

S.C. Ingegneria Clinica

Dirigente responsabile: Ing. Ezio Nicolàs Bruno *Uffina*



E.O. Ospedali Galliera - Genova
ATTO DIRIGENZIALE
N. 1018 del 08/07/2014
Prot.Gen. N. 0016741/14

Oggetto: assegnazione alla società Emac S.r.l. dell'intervento tecnico di sostituzione con formula exchange dell'apparecchiatura "tubo radiogeno intensificatore di brillantezza Ziehm VARIO 3D matricola 9783" in dotazione alla S.S.C. Blocco Operatorio Centrale. CIG: n. Z5F1009A8A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E PROGRAMMAZIONE LAVORI

richiamato il provvedimento n. 71 del 10.02.2011, di integrazione al provvedimento n. 190 del 09.03.2006, relativo alla declaratoria delle procedure concernenti l'adozione di atti dirigenziali;

visto il provvedimento n. 869 del 23.09.2009 con il quale è stato aggiudicato, in via definitiva, il contratto di durata quinquennale dei servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali dell'Ente ospedaliero alla ditta Elettronica Biomedicale Srl;

richiamato, altresì, il provvedimento n. 970 del 30.11.2007 e s.m. e i., con il quale sono state approvate le disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

dato atto che, con la richiesta d'acquisto RDA n. 131, acquisita agli atti dell'Ente con prot n. 14304 del 11/06/2014, si evidenziava la necessità di sostituire il cablaggio dell'intensificatore di brillantezza Ziehm, dell'apparecchiatura in oggetto;

richiamato l'atto dirigenziale n. 894 del 13/06/2014 con cui si è affidato alla società Emac S.r.l la sostituzione del cablaggio dell'intensificatore di brillantezza Ziehm come richiamato sopra;

visto il successivo rapporto di lavoro a seguito dell'intervento sopra descritto, e allegato alla richiesta di acquisto RdA n. 151 acquisita agli atti dell'Ente con prot n. 16553/14 del 04/07/2014 della società Emac S.r.l, in cui si riscontra come la rottura della parte sostituita ha provocato il sovraccarico e la bruciatura del tubo radiogeno dell'apparecchio in oggetto rendendone necessaria la sostituzione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 9.6. del Capitolato Speciale d'Appalto per servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali dell'Ente ospedaliero, di cui al provvedimento n. 869/2009 soprарichiamato, sono a carico di questa Amministrazione i costi riferiti alla fornitura dei materiali di consumo e dei materiali soggetti ad usura;

visto, al riguardo, il preventivo di riparazione n. OFA/97 del 02/07/2014 della società Emac s.r.l., allegato alla richiesta di acquisto RDA prot. gen. n. 16553/14 del 04/07/2014, per l'importo di € 24.039,01=IVA esclusa;

dato atto che la medesima società Emac s.r.l., si è resa disponibile ad applicare un ulteriore sconto del 24% sul costo preventivato, portando la spesa complessiva ad € 18.393,16= IVA esclusa;


considerato che – ai sensi dell'art. 125, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a €40.000=, iva esclusa;

vista, altresì, la dichiarazione di esclusività con cui la società Ziehm Imaging s.r.l. riconosce la società Emac s.r.l. centro autorizzato per la regione Liguria per l'assistenza tecnica e la fornitura di parti di ricambio relativamente alle apparecchiature radiologiche mobili ad arco C prodotte da Ziehm Imaging GMBH, allegata alla RDA di cui sopra;

delibera

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società Emac S.r.l., con sede legale in Via del Commercio, 25 – 16167 Genova, P.I. e CF. n.01120990104, l'esecuzione dell'intervento tecnico di sostituzione con formula exchange dell'apparecchiatura "tubo radiogeno intensificatore di brillantezza Ziehm VARIO 3D matricola 9783" in dotazione alla S.S.C. Blocco Operatorio Centrale, per l'importo di € 18.393,16= IVA esclusa, come da preventivo della stessa ditta n. OFA/97 del 02/07/2014, in premessa richiamato;
2. di dare atto che l'assegnazione di cui sub. 1 – CIG N. Z5F1009A8A – è operata ai sensi dell'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle vigenti disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia dell'Ente, approvate con provvedimento n. 970 del 30.11.2007 e s.m.i.;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'assegnazione di cui trattasi, ammontante complessivamente ad € 22.439,66 =, IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto 130 35 054 del bilancio di esercizio 2014.
4. di dare mandato ai competenti uffici di procedere agli adempimenti necessari per l'attivazione della polizza assicurativa, prevista in caso di guasto accidentale, ai fini del risarcimento del danno.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della S.C. Macroarea Tecnico Contrattualistica
(Dott.ssa Cinzia Cravisana)



Visto per la regolarità contabile:
Il Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Alessia Pavia)

