

Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli art. 13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

Copia a:
-Direzione Amministrativa
-Direzione Sanitaria
-S.C. Bilancio e contabilità
-S.C. Prevenzione e Protezione

E. O. Ospedali Galliera - Genova

(L. 833/1978, art. 41; D. lgs n. 517/1993 art. 4 c. 12)


**Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)**

DIREZIONE GENERALE

S.C. Macroarea Tecnico contrattualistica

Dirigente responsabile: Dott.ssa Cinzia Cravisana

S.C. Ingegneria clinica

Dirigente responsabile: Ing. Ezio Nicolàs Bruno 



E. O. Ospedali Galliera - Genova
ATTO DIRIGENZIALE
N. 1824 del 10/12/2014
Prot. Gen. N. 0030491/14

Oggetto: Assegnazione della fornitura ed installazione di n.1 tavolo per scarico formalina aspirato presso la S.C. Anatomia e istologia patologica.

CIG: Z24123252C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA

richiamato il provvedimento n.71 del 10.02.2011, di integrazione al provvedimento n.190 del 09.03.2006, relativo alla declaratoria delle procedure concernenti l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato, altresì, il provvedimento n.970 del 30.11.2007 e s.m. e i., con il quale sono state approvate le disposizioni per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture mediante procedura in economia, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/06;

considerato che si rende necessario provvedere all'installazione, presso la S.C. Anatomia ed istologia patologica, di un sistema di scarico interbloccato per lo svuotamento della formalina e la raccolta nei serbatoi esterni al reparto, al fine di migliorare le condizioni di salubrità del laboratorio dovute alla risalita dei vapori di formaldeide, rilevate a seguito di analisi ambientali eseguite dalla ditta specializzata Ismar Chimica s.r.l., giusta relazione tecnica acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n.12371/14 del 21.05.2014;

dato atto che, dopo accurata indagine circa le possibili soluzioni adottabili allo scopo, è stata acquisita agli atti, con prot. gen. n.30441/14 del 10.12.2014, una soluzione progettuale elaborata dalla ditta Metalarredinox s.r.l., con sede in Verdellino (BG), che si ritiene percorribile in quanto dotata di sensore e valvola motorizzata che impedisce il ritorno dei fumi verso l'operatore;

che, a seguito dell'indagine soprarichiamata, è stato possibile reperire unicamente l'offerta della ditta Metalarredinox s.r.l.;

ritenuto congruo l'importo dell'offerta della ditta di cui trattasi, pari ad €.8.400,00=, oltre IVA, in relazione alla soluzione proposta;

dato atto che la ditta Metalarredinox s.r.l. è in possesso dei requisiti tecnici necessari allo svolgimento dell'intervento ed ha garantito la propria immediata disponibilità all'esecuzione dello stesso;

considerato che, ai sensi dell'art.125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di forniture di importo inferiore ad €.40.000,00=, IVA esclusa;


ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per affidare l'intervento in oggetto direttamente alla ditta Metalarredinox s.r.l.;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente responsabile della S.C. Ingegneria clinica, delle situazioni di cui all'art.14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

delibera

1. di affidare – per le motivazioni di cui in premessa – la fornitura ed installazione di n.1 tavolo per formalina aspirato presso la S.C. Anatomia e istologia patologica alla ditta Metalarredinox s.r.l., corrente in Verdellino (BG) C.F. e P.I. n.01784140160, per l'importo di €.8.400,00= oltre IVA, in conformità all'offerta acquisita agli atti con prot. gen. n.30441/14 del 10.12.2014 - CIG Z24123252C ;
2. di dare atto che la spesa complessiva di €..10.248,00=, IVA 22% compresa, sarà contabilizzata sul conto 10 20 050 del bilancio dell'Ente ospedaliero;
3. di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente responsabile della S.C. Ingegneria clinica, delle situazioni di cui all'art.14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto.

IL DIRIGENTE PROPONENTE
Responsabile S.C. Ingegneria clinica
(Ing. Ezio Nicolas Bruno Urbina)



Visto per la regolarità contabile
Il Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Alessia PAVIA)

