



# ***E. O. Ospedali Galliera - Genova***

(L. 833/1978, art. 41; D. lgs n. 517/1993 art. 4 c. 12)

**Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione  
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)**

## **DIREZIONE GENERALE**

### **Dipartimento gestione opere edili, manutenzioni, grandi progettualità:**

Direttore del dipartimento: Dott.ssa Cinzia Cravisana  
Dirigente responsabile: Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina  
Funzionario referente: Dott.ssa Giulia La Terra



E.O. Ospedali Galliera - Genova  
**ATTO DIRIGENZIALE**  
N. 291 del 05/03/2013  
Prot.Gen. N. 0005348/13

**Oggetto:** assegnazione alla ditta Olympus Italia S.r.l. dell'intervento tecnico di riparazione dell'apparecchiatura "VideoendogastroscoPIO Olympus, mod. GF UCT140 AL5, matr. 1011353", in dotazione al reparto di Endoscopia Digestiva. CIG: n. ZE808E92B6.

## **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

### **DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E PROGRAMMAZIONE LAVORI**

richiamato il provvedimento n. 71 del 10.02.2011, di integrazione al provvedimento n. 190 del 09.03.2006, relativo alla declaratoria delle procedure concernenti l'adozione di atti dirigenziali;

visto il provvedimento n. 869 del 23.09.2009 con il quale è stato aggiudicato, in via definitiva, l'affidamento del contratto di durata quinquennale dei servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali dell'Ente ospedaliero alla ditta Elettronica Bio Medicale Srl;

richiamato, altresì, il provvedimento n. 970 del 30.11.2007 e s.m. e i., con il quale sono state approvate le disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

visto il provvedimento n. 595 del 17.08.2012 con il quale è stata affidata la responsabilità del Settore Tecnologie Biomedicali e Bioingegneria all'ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina;

vista la nota del 27.12.2011 della società Elettronica Bio Medicale Srl, in cui era evidenziata la necessità di procedere ad un intervento di riparazione dell'apparecchiatura "VideoendogastroscoPIO Olympus, mod. GF UCT140 AL5, matr. 1011353", in dotazione al reparto di Endoscopia Digestiva;

preso atto che nella nota di cui sopra la società Elettronica Bio Medicale comunicava, altresì, che la ditta produttrice non riconosceva la riparazione in garanzia ed allegava preventivo n. E002916131 del 22.12.2011, per l'importo pari ad €30.718,80= IVA esclusa;

dato atto che la società Elettronica Bio Medicale, mediante comunicazioni trasmesse via email, chiedeva chiarimenti alla società Olympus Italia S.r.l. in merito al preventivo di cui sopra, essendo la riparazione in garanzia;

dato atto che la società Olympus Italia Srl comunicava, con nota trasmessa via email in data 24.04.2012, che l'apparecchiatura non era funzionante per la prevalenza di danneggiamenti di natura diversa da difetti di fabbrica;

vista la nota del Dirigente Responsabile del Settore Tecnologie Biomedicali, in allora Ing. Michele Maddalo, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 10848/12 del 04.05.2012, con la quale veniva richiesta la riparazione dell'apparecchiatura in garanzia, evidenziando che tale richiesta era motivata da quanto ammesso dalla stessa ditta produttrice con email del 24.04.2012, nella quale risultava solo parziale la componente di danneggiamenti non imputabili a difetti di fabbricazione;

vista altresì la nota del 25.05.2012, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen. n. 13058/12 del 30.05.2012, con la quale la società Olympus Italia Srl comunicava che tutti i danni riscontrati non potevano essere ricondotti a difetti di materiale o di fabbricazione e di conseguenza essere coperti dalla normale garanzia, proponendo, nella medesima nota, una miglioria economica pari al 15,00% sul totale preventivato;

dato atto che nel frattempo si sono susseguiti diversi incontri fra questa Amministrazione e la ditta produttrice al fine della risoluzione della pratica;

preso atto della nota del 12.02.2013, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 3651/13 del 13.02.2013, con la quale la società Olympus Italia Srl conferma, in via definitiva, che tutti i danni riscontrati nell'apparecchiatura VideogastroscoPIO Olympus, mod. GF UCT140 AL5, non possono essere ricondotti a difetti di materiale o di fabbricazione e di conseguenza essere coperti dalla normale garanzia;

considerato che nella nota di cui sopra la società produttrice dichiara che l'apparecchiatura ha subito uno o più urti la cui natura è riconducibile alla tipologia accidentale, proponendo un'ulteriore miglioria economica, pari al 25,1% sul totale preventivo di €30.718,80=, iva esclusa, per un importo finale pari ad €23.0000,00=, iva esclusa;

dato atto che, ai sensi dell'art. 9.1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto per servizi integrati di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali dell'Ente ospedaliero, di cui al provvedimento n. 869/2009 soprarichiamato, tale tipologia di intervento tecnico risulta di carattere straordinario e pertanto da intendersi escluso dal canone contrattuale;

vista al riguardo la richiesta di acquisto (RDA) prot. gen. n.5039/13 del 01.03.2013, per l'importo di €23.000,00=IVA esclusa;

considerato che – ai sensi dell'art. 125, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a €40.000,00=, iva esclusa;

ritenuto, in relazione alla specialità dell'apparecchio in argomento, necessario affidare alla società produttrice Olympus Italia Srl la riparazione dell'apparecchiatura di cui trattasi;


### **delibera**

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società Olympus Italia Srl con sede legale in Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI), P.I. E C-F. n. IT10994940152, l'esecuzione dell'intervento tecnico di riparazione del VideoendogastroscoPIO Olympus, mod. GF UCT140 AL5, matr. 1011353, in dotazione al reparto di Endoscopia Digestiva, per l'importo di € 23.000,00= IVA esclusa, come da preventivo della stessa ditta


comunicato con nota del 12.02.2013 ed acquisito agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 3651/13 del 13.02.2013, in premessa richiamato;

2. di dare atto che l'assegnazione di cui sub. 1 – CIG n. ZE808E92B6– è operata ai sensi dell'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle vigenti disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia dell'Ente, approvate con provvedimento n. 970 del 30.11.2007 e s.m.i.;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'assegnazione di cui trattasi, ammontante complessivamente ad € 27.830,00=, IVA 21% inclusa, sarà contabilizzata sul conto 130 35054 del bilancio di esercizio 2013;
4. di dare mandato ai competenti uffici di procedere agli adempimenti necessari per l'attivazione della polizza assicurativa, prevista in caso di guasto accidentale, ai fini del risarcimento del danno.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
della S.C. Gestione tecnica e programmazione lavori  
(ing. Michele Maddalo)



Visto per la regolarità contabile:  
Il Dirigente responsabile  
S.C. Bilancio e Contabilità  
(Dott.ssa Maria Laura Zizzo)



IL DIRIGENTE PROPONENTE  
e Responsabile del Settore Tecnologie Biomedicali  
(Ing. Ezio Nicolas Bruno Urbina)

