

Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli art. 13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi

Copia a:
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
S.C. Bilancio e Contabilità



E. O. Ospedali Galliera - Genova

(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

**Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)**

DIREZIONE GENERALE

S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica

Dirigente responsabile: Dott.ssa Cinzia Cravisana

Funzionario referente: Dott.ssa Giulia La Terra

S.C. Ingegneria Clinica

Dirigente responsabile: Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina



E.O. Ospedali Galliera - Genova
ATTO DIRIGENZIALE
N. 895 del 13/06/2014
Prot.Gen. N. 0014581/14

Oggetto: servizio di verifica della tenuta della gabbia di Faraday e servizio di verifica delle soglie di allarme del rivelatore di ossigeno relativamente a n. 2 Risonanze Magnetiche, in dotazione alla S.C. Radiodiagnostica e alla S.C. Neuroradiologia diagnostica ed interventistica dell'Ente Ospedaliero, per la durata di un quinquennio (2014-2015-2016-2017-2018).

CIG. n. ZAD0F33064

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA

richiamato il provvedimento n.71 del 10.02.2011, di integrazione al provvedimento n.190 del 09.03.2006, relativo alla declaratoria delle procedure concernenti l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato, altresì, il provvedimento n.970 del 30.11.2007 e s.m. e i., con il quale sono state approvate le disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, a sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006;

considerato che, ai sensi dell'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad €40.000,00=, IVA esclusa;

richiamata l'annotazione del 22.01.2014, inserita in procedura archidoc ed allegata alla nota prot. gen. n. 1211 del 17.01.2014, con la quale la Dott.ssa Monica Gambaro, Direttore fisico e Responsabile della S.C. Fisica Sanitaria, rammenta la necessità di eseguire verifiche di controllo annuali sulle n. 2 Risonanze Magnetiche di proprietà dell'Ente Ospedaliero;

preso atto che, con comunicazione a mezzo mail del 28.02.2014, il Dirigente Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica, ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina, ha invitato le società Te.Si.A. S.r.l. e Itel Telecomunicazioni S.r.l. a produrre un'offerta per il servizio in epigrafe per la durata di un quinquennio (2014-2015-2016-2017-2018), per il servizio di manutenzione relativo alla sicurezza delle n. 2 Risonanze Magnetiche ed avente ad oggetto i seguenti servizi:

- verifica annuale della tenuta della gabbia di Faraday, ai sensi della norma IEEE-STD-299-1997;
- verifica semestrale della funzionalità del rivelatore di ossigeno, ai sensi della norma CEI EN 50104:2003;

preso atto che, a seguito della richiesta di preventivo di cui sopra, sono pervenute le seguenti offerte:

Impresa	Preventivo	Importo annuale (iva esclusa)
Te.Si.A. S.r.l.	Nota prot. gen. n. 6270 del 17.03.2014	€ 3.040,00
Itel Telecomunicazioni S.r.l.	Nota prot. gen. n. 6407 del 17.03.2014	€ 14.000,00

preso atto che, a seguito di richiesta del Dirigente Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica, le società si sono rese disponibili ad applicare un ulteriore sconto sul costo preventivato come di seguito riportato:

Impresa	Preventivo	Importo annuale (iva esclusa)
Te.Si.A. S.r.l.	Nota prot. gen. n. 6405 del 17.03.2014	€ 2.700,00
Istel Telecomunicazioni S.r.l.	Nota prot. gen. n. 6408 del 17.03.2014	€ 13.200,00

dato atto che, dallo schema soprariportato, risulta maggiormente conveniente per l'Ente ospedaliero il preventivo annuo trasmesso dalla società Te.Si.A. S.r.l., con nota prot. gen. n. 6405 del 17.03.2014 e pari ad € 2.700,00=IVA esclusa;

preso atto che si intende affidare il servizio di verifica di cui in oggetto per un quinquennio;

delibera

1. di affidare alla società Te.Si.A. S.r.l., con sede legale in Via A. De Stefani n. 60-00137 Roma, P.I.-C.F. 05608651005, per le motivazioni di cui in premessa, i sotto elencati servizi di verifica, CIG. n. ZAD0F33064, relativamente a n. 2 Risonanze Magnetiche, in dotazione alla S.C. Radiodiagnostica e alla S.C. Neuroradiologia diagnostica ed interventistica dell'Ente Ospedaliero:

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Importo complessivo per il quinquennio</i>
Verifica annuale della tenuta della gabbia di Faraday, ai sensi della norma IEEE-STD-299-1997	Una volta/anno	
Verifica semestrale della funzionalità del rivelatore di ossigeno, ai sensi della norma CEI EN 50104:2003	Due volte/anno	
Totale:		€ 13.500,00

2. di dare atto che l'affidamento del servizio in questione è operato ai sensi dell'art.125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e delle vigenti disposizioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di cui al provvedimento n.970 del 30.11.2007 e s.m. e i;

3. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 a carico della ditta assegnataria;
4. di dare atto che l'affidamento delle verifiche di cui al punto sub 1) è relativa al quinquennio 2014-2018;
5. di dare atto che la spesa per l'esecuzione delle verifiche di cui al punto sub 1) è pari ad € 13.500,00, IVA esclusa, di cui € 135,00 quali oneri per la sicurezza;
6. di dare atto che la spesa di cui al punto sub 5), ammontante complessivamente ad € 16.470,00=, IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto economico 13030050 come segue:
 - € 3.294,00, IVA 22% inclusa, sul bilancio di esercizio 2014;
 - € 3.294,00, IVA 22% inclusa, sul bilancio di esercizio 2015;
 - € 3.294,00, IVA 22% inclusa, sul bilancio di esercizio 2016;
 - € 3.294,00, IVA 22% inclusa, sul bilancio di esercizio 2017;
 - € 3.294,00, IVA 22% inclusa, sul bilancio di esercizio 2018.

IL DIRIGENTE PROPONENTE
Responsabile della
S.C. Ingegneria Clinica
(Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina)



VISTO, PER LA REGOLARITA'
CONTABILE

Il Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Alessia Pavia)

