



Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli artt. 13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

Direzione Generale

S.C. Macroarea tecnico contrattualistica

Dirigente responsabile: Dott.ssa Cinzia Cravisana

Funzionario Referente: Dott.ssa Giulia La Terra

S.C. Ingegneria Clinica

Dirigente responsabile: Ing. Michele Maddalo

Telefono: 010 5632500 - 2801

Email: segreteria.technica@galliera.it

Uffici interessati:

- Direzione Sanitaria
- Direzione Amministrativa
- S.C. Bilancio e contabilità



Cod. IPA: eoog_ge - Cod. AOO: eoog

E.O. Ospedali Galliera - Genova

PROVVEDIMENTO

N. 1003 del 29/12/2016

Prot.Gen. PG/0032633/16

Oggetto: proroga dei contratti di manutenzione per le apparecchiature Rx alta tecnologia a favore della società Philips Healthcare S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la legge regionale 06.11.2012 n.34 ha previsto una revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale ed una riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale in qualità di Centrale Regionale di Acquisto;
- l'ARS Liguria - Centrale Regionale di Acquisto, con propria determinazione n.143 del 25.07.2014, a seguito di quanto disposto con le sentenze del TAR Liguria n.1532/2013 del 12.12.2013, l'ordinanza del TAR Liguria n.119/2014 del 20.03.2014 come successivamente integrata e completata con sentenza n. 944/2014 del 16.06.2014 ed il dispositivo di sentenza del TAR Liguria n. 1024/2014 del 27.06.2014, ha provveduto a revocare in autotutela la procedura di gara per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali indetta con determinazione n.101 del 09.10.2013;
- in data 04.03.2015 è stata attivata la convenzione CONSIP avente ad oggetto "Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE) 4" suddivisa in 5 lotti, il cui lotto 1 comprende anche la Regione Liguria - CIG 50190857F6;



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

- l' ARS Liguria – Centrale Regionale di Acquisto – prot. n.2931 del 07.04.2015, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n.9631/15 del 07.04.2015, ha comunicato la situazione riguardante la Convenzione CONSIP soprarichiamata, con particolare riferimento ai ricorsi presentati a seguito dell'aggiudicazione dei diversi lotti;
- il TAR Lazio, sezione terza, con sentenza 6350/2015 del 05.05.2015, ha annullato l'aggiudicazione e dichiarato l'inefficacia della Convenzione CONSIP - lotto 1 - assegnata a Draeger Medical Italia s.p.a.;
- con la nota ARS/CRA, prot. n. 10448 del 27.11.2015, acquisita agli atti dell'Ente con prot. Gen. n.28798 in pari data, la medesima Agenzia comunicava l'indizione della *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di: ASL 1 Imperiese, ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico, IRCCS G. Gaslini e IRCCS San Martino - IST della Regione Liguria per un periodo di anni quattro (con opzione di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori quattro) - Lotti n. 4. Numero gara 6221195”*, il cui termine per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 24.05.2016;

preso atto che ARS Liguria – Centrale Regionale di Acquisto - in data 31.05.2016 ha provveduto, in seduta pubblica, all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa e che con determinazione n. 58 del 02.12.2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

richiamato il provvedimento n. 168 del 16.03.2016 con il quale si affidavano alla società Philips Healthcare S.p.a i contratti di manutenzione di cui in argomento per l'anno 2016;

richiamato l'atto dirigenziale n. 977 del 14.07.2016, con il quale si affidava il contratto di manutenzione per l'angiografo Integris Allura 15-12 IT01004741, in dotazione alla S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica, per il secondo semestre 2016;

rilevato che in data 31.12.2016 scadranno i termini relativi ai contratti di manutenzione delle apparecchiature di cui in argomento;

dato atto che con nota prot. Gen. n. 3001 del 29.11.2016 il Dirigente Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica chiedeva alla Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A.Li.Sa., lo stato di avanzamento della gara regionale per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche;

preso atto che l' Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A.Li.Sa. comunicava, con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. Gen. n. 31091 del 13.12.2016 che, presumibilmente i lavori della gara regionale di cui sopra avranno termine entro il primo quadrimestre 2017;

dato atto che con nota prot. Gen. n. 30950 del 09.12.2016 il Dirigente Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica chiedeva alla società Philips Healthcare S.p.a preventivo per la proroga dei contratti di cui in argomento per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 in attesa dell'aggiudicazione della procedura di gara da parte della Centrale d'Acquisito Regionale, istituita per legge regionale n. 34 del 06.11.2012;

considerato che, la società Philips Healthcare S.p.a ha proposto la propria miglior offerta con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. Gen. n. 32172 del 23.12.2016;

dato atto che tramite annotazione in procedura “Archiflow” in calce alla nota di cui sopra il Dirigente Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica chiedeva parere di competenza alla Direzione Sanitaria, evidenziando che la società Philips Healthcare S.p.a proponeva, per le apparecchiature Angiografo digitale monoplanare FD10 e Tac Multislice brilliance CT 64 una proroga annuale di tipo full risk, comprensiva del tubo radiogeno e detettore, contro una proroga semestrale che esclude tale ricambistica;

preso atto che la Direzione Sanitaria, tramite annotazione in procedura “Archiflow” in calce alla nota prot. Gen. n. 32172 del 23.12.2016 esprime parere favorevole alla proroga annuale di tipo full risk, comprensiva del tubo radiogeno e detettore;

considerato che si ritiene necessario proroga i contratti di cui in argomento come da seguente tabella:



APPARECCHIATURA	PREZZO MANUTENZIONE (iva esclusa)	PERIODO
Multidiagnostic 4 presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica. CIG: 5001838F47	€ 13.750,00=	Dal 01.01.2017 al 30.06.2017
Angiografo Integriss Allura 12, presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica CIG: 5001838F47	€ 21.400,00=	Dal 01.01.2017 al 30.06.2017
Angiografo digitale monoplanare FD10 presso la S.S.C. Emodinamica CIG: 3830268524	€ 70.000,00=	Dal 01.01.2017 al 31.12.2017
Tac Multislice brilliance CT 64 presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica. CIG: 3605633679.	€ 76.000,00=	Dal 01.01.2017 al 31.12.2017

ritenuto pertanto di disporre, ai fini di garantire la continuità del servizio, una proroga dei contratti di cui è caso a favore della medesima società Philips Healthcare S.p.a, per l'importo complessivo pari ad € 181.150,00=oltre IVA, per le apparecchiature di cui alla tabella, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti, inclusa la risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione da parte dell'Agenzia Sanitaria Regionale/CRA prima dello scadere del periodo di proroga stesso, o in relazione ad eventuali atti che l'Agenzia stessa dovesse nel frattempo adottare, con riferimento alla procedura centralizzata in corso di espletamento, ovvero in caso di pronunciamenti da parte degli organi giudicanti in merito alla Convenzione CONSIP- lotto 1;

dato atto dell'insussistenza, a carico del Dirigente responsabile della S.C. Ingegneria Clinica, delle situazioni di cui all'art.14, commi 2 e 3, del vigente Codice di comportamento dell'Ente ospedaliero, approvato con provvedimento n.475 del 30.06.2014, e dell'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

dato atto che il Responsabile della struttura interessata ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n.14, definita nell'ambito del bilancio di previsione d'esercizio, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

delibera

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla proroga alla società Philips Healthcare S.p.a C.F.: 00856750153, sede legale in Via L. Mascheroni 5 - 20123 Milano, dei contratti di manutenzione delle apparecchiature Rx alta tecnologia, come di seguito indicate:

APPARECCHIATURA	PREZZO MANUTENZIONE (iva esclusa)	PERIODO
Multidiagnostic 4 presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica. CIG: 5001838F47	€ 13.750,00=	Dal 01.01.2017 al 30.06.2017
Angiografo Integriss Allura 12, presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica CIG: 5001838F47	€ 21.400,00=	Dal 01.01.2017 al 30.06.2017




Angiografo digitale monoplanare FD10 presso la S.S.C. Emodinamica CIG: 3830268524	€ 70.000,00=	Dal 01.01.2017 al 31.12.2017
Tac Multislice brilliance CT 64 presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica. CIG: 3605633679.	€ 76.000,00=	Dal 01.01.2017 al 31.12.2017
TOTALE	€ 181.150,00=	

2. di dare atto che la proroga dei contratti di cui sub 1. è operata al fine di garantire la prosecuzione dell'attività ospedaliera, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, in premessa richiamata, da parte dell'Agenzia Sanitaria Regionale/A.Li.Sa, ovvero di pronunciamenti da parte degli organi giudicanti in merito alla Convenzione CONSIP- lotto 1;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'assegnazione di cui trattasi, ammontante complessivamente ad €221.003,00=, IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto economico n. 13030050 (Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico scientifico-sanitarie) del bilancio di esercizio 2017;
4. di porre riserva di risoluzione anticipata del contratto in oggetto, qualora le apparecchiature in argomento venissero dismesse nel periodo di vigenza contrattuale;
5. di porre, altresì, riserva di risoluzione anticipata del contratto qualora il servizio in oggetto venisse aggiudicato dalla Centrale Regionale d'Acquisto, istituita per legge regionale n.34 del 06.11.2012, ovvero in caso di pronunciamenti da parte degli organi giudicanti in merito alla Convenzione CONSIP – lotto 1, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
6. di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
7. di dare atto che il Responsabile proponente ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto dirigenziale con la capienza dell'autorizzazione N. 14 di cui alla nota protocollo 29145/2016, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione.


IL DIRIGENTE PROPONENTE

S.C. Ingegneria Clinica
(Ing. Michele MADDALO)



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE


Il Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Alessia PAVIA)



Per il parere:


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Roberto VIALE)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Giuliano LO PINTO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano LAGOSTENA)