

## Direzione Generale

---

**E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog\_ge – Cod. AOO: eoog**

**Oggetto:** proroga dei contratti di manutenzione per le apparecchiature Angiografo Digitale Monoplanare FD10 presso la S.S.D. Area Polispecialistica invasiva ed interventistica (CIG 3830268524) e Tac Multislice brilliance CT 64 presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica (CIG 3605633679), a favore della società Philips Healthcare S.p.a per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

<b>Dipartimento:</b>	Dipartimento Tecnico
<b>S.C. proponente:</b>	S.C. Macroarea tecnico - contrattualistica
<b>Dirigente responsabile:</b>	Dott.ssa Cinzia Cravisana
<b>Responsabile del procedimento:</b>	Dott. Carlo Berutti Bergotto
<b>Estensore del documento:</b>	Dott.ssa Giulia La Terra
<b>Telefono:</b>	010 5632500-2801
<b>Email:</b>	segreteria.tecnica@galliera.it
<b>Modalità di Pubblicazione</b>	Integrale
<b>Uffici interessati</b>	Direzione Sanitaria S.C. Bilancio e contabilità S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica

### Acquisiti i pareri del:

Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE

Direttore sanitario Dott. Giuliano Lo Pinto: FAVOREVOLE

## IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto che:

- la legge regionale 06.11.2012 n.34 ha previsto una revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale ed una riorganizzazione dell'Agazia Sanitaria Regionale in qualità di Centrale Regionale di Acquisto;
- con la nota ARS/CRA, prot. n. 10448 del 27.11.2015, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n.28798 in pari data, la medesima Agenzia comunicava l'indizione della "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di: ASL1 Imperiese, ASL2 Savonese, ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese, ASL5 Spezzina, E.O. Galliera, O.I. Evangelico, IRCCS G. Gaslini e IRCCS San Martino - IST della Regione Liguria per un periodo di anni quattro (con opzione di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori quattro) - Lotti n. 4. Numero gara 6221195";
- le apparecchiature biomedicali di cui in oggetto sono ricomprese nel Lotto 2 della gara regionale;
- l'Agazia Sanitaria Regionale Liguria – A.Li.Sa – con la determinazione n. 239 del 05.07.2017 ha affidato il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche relative al Lotto 2;
- l'RTI Philips, Higea, Esaote EBM, Mefra Sales e 3B ha proposto ricorso nanti il Tar Liguria ed è ad oggi pendente il giudizio di appello nanti il Consiglio di Stato;
- ad oggi non è ancora stata stipulata la convenzione quadriennale relativa al Lotto 2;

richiamato il provvedimento n. 1003 del 29.10.2016 con il quale sono stati affidati alla società Philips Healthcare S.p.a i contratti di manutenzione delle apparecchiature biomedicali di cui in oggetto, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

rilevato che in data 31.12.2017 sono scaduti i termini relativi ai contratti di manutenzione di cui in argomento;

preso atto che con annotazione in procedura archiflow al provvedimento n. 1003/2016 il Dirigente responsabile *ad interim* della S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica ha comunicato alla S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica di dare avvio all'iter amministrativo necessario, al fine di poter procedere con le proroghe tecniche dei contratti di assistenza e manutenzione relative all'Angiografo Digitale Monoplanare FD10 presso la S.S.D. Area Polispecialistica invasiva ed interventistica (CIG 3830268524) e alla Tac Multislice brilliance CT 64 presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica (CIG 3605633679), per un periodo pari a n. 6 mensilità;

richiamato il provvedimento n. 928 del 14.12.2017 con il quale è stato deliberato di attivare le procedure necessarie ai fini dell'affidamento della proroga dei contratti di cui sopra, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività ospedaliera, nelle more dell'espletamento della procedura di gara da parte dell'Agazia Regionale Sanitaria per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018, per un importo presunto pari ad € 73.000,00 IVA esclusa;

dato atto che, con nota prot. gen. n. 33159 del 18.12.2017 il Dirigente responsabile *ad interim* della S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica ha chiesto alla società Philips Healthcare S.p.a. preventivo per la proroga dei contratto di cui in argomento;

preso atto che con nota prot. gen. n. 627 del 10.01.2018 la società Philips Healthcare S.p.a. ha proposto la prosecuzione dei servizi di assistenza per l'anno 2018 come meglio definito nella seguente tabella:

APPARECCHIATURA	CANONE ANNUO (IVA esclusa)	PERIODO
Angiografo Digitale Monoplanare FD 10, installato presso la S.S.D. Area Polispecialistica invasiva ed interventistica. CIG: 3830268524;	€ 70.000,00	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018



<b>Tac Multislice Brilliance CT 64</b> , installato presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica. CIG: 3605633679.	€ 76.000,00	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------

preso atto che per le vie brevi, è stato richiesto preventivo per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018 come indicato nella determina a contrarre del 14.12.2017;

dato atto che con nota acquisita agli atti con prot. gen. 1222 del 16.01.2018 la società Philips Healthcare S.p.a. ha inviato nuovo preventivo relativo al I semestre 2018, precisando che non sarebbero stati ricompresi nel contratto le seguenti parti:

- il tubo radiogeno e il detettore per quanto riguarda il Sistema Angiografo Allura FD10+Xcelera;
- il tubo radiogeno e le stazioni di visualizzazione del Sistema Portale per quanto riguarda il Sistema Tac Brilliance 64+Portal;

vista l'annotazione in procedura archiflow alla nota prot. gen. n. 1222 del 16.01.2018 con la quale il Dirigente responsabile *ad interim* della S.S.C. Automazione e Ingegneria Clinica ha evidenziato che il tubo installato sulla Tac Multislice non è mai stato sostituito;

come confermato con annotazione in procedura archiflow alla nota prot. gen. n. 627 del 10.01.2018 dallo stesso Dirigente responsabile è necessario prorogare i contratti di assistenza e manutenzione di cui in oggetto per l'intero anno 2018, al fine di ricomprendere nella manutenzione anche le parti di cui sopra;

ritenuto pertanto di disporre, ai fini di garantire la continuità del servizio, una proroga dei contratti di cui è caso a favore della medesima società Philips Healthcare S.p.a. per l'importo complessivo pari ad €146.000,00 oltre IVA, per le apparecchiature di cui in argomento, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti, inclusa la risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione da parte dell'Agenzia Ligure Sanitaria/A.Li.Sa., ovvero in caso di pronunciamenti da parte degli organi giudicanti in merito all'aggiudicazione del Lotto 2, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

Vista l'attestazione resa dal Dirigente responsabile della S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica proponente il presente provvedimento in ordine:

- all'avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare;
- all'assenza, relativamente alla presente procedura, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e al vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- all'insussistenza a suo carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

Vista l'attestazione del Dirigente responsabile della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica che ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 14 di cui alla nota prot. gen. n. 4421/18 del 14.02.2018 tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies. del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;



## DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:

1. di procedere alla proroga alla società Philips Healthcare S.p.a C.F.: 00856750153, sede legale in Via L. Mascheroni 5 – 20123 Milano, dei contratti di manutenzione delle apparecchiature Rx alta tecnologia, come di seguito indicato, fatte salve le clausole di risoluzione anticipata di cui sub. 4 e sub.5:

APPARECCHIATURA	PREZZO MANUTENZIONE (IVA esclusa)	PERIODO
<b>Angiografo Digitale Monoplanare FD 10</b> , installato presso la S.S.D. Area Polispecialistica invasiva ed interventistica. CIG: 38302685524;	€ 70.000,00	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
<b>Tac Multislice Brilliance CT 64</b> , installato presso la S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica. CIG: 3605633679.	€ 76.000,00	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
<b>TOTALE</b>	<b>€ 146.000,00=</b>	

2. di dare atto che l'assegnazione di cui sub. 1 è operata al fine di garantire la prosecuzione dell'attività ospedaliera, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, in premessa richiamata, da parte dell'Agenzia Ligure Sanitaria/A.Li.Sa, ovvero di pronunciamenti da parte degli organi giudicanti in merito al lotto 2;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'assegnazione di cui trattasi, ammontante complessivamente ad €178.120,00, IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto economico n. 130 30 050 (Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico scientifico-sanitarie) del bilancio di esercizio 2018;
4. di porre riserva di risoluzione anticipata del contratto in oggetto, qualora le apparecchiature in argomento venissero dismesse nel periodo di vigenza contrattuale;
5. di porre, altresì, riserva di risoluzione anticipata del contratto qualora il servizio in oggetto venisse aggiudicato dall'Agenzia Ligure Sanitaria/A.Li.Sa, ovvero in caso di pronunciamenti da parte degli organi giudicanti in merito all'aggiudicazione – lotto 2, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei contratti di manutenzione di cui in argomento è il Dott. Carlo Berutti Bergotto, Dirigente Responsabile della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica;
7. di dare atto che il Dirigente responsabile della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n.14, di cui alla nota prot. gen. n. 4421/18 del 14.02.2018, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione.

Dott. Adriano Lagostena  
Direttore generale  
Documento firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.

